

2021年10月吉日

お客様各位

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

Trueline セロロジカルピペット パッケージ誤表記について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の個別包装パッケージにおきまして、表記間違いが判明しましたのでご案内申し上げます。

製品をご愛顧いただいているお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象品

商品名： Trueline セロロジカルピペット

型番： TR3005、TR3006、TR3007、TR3008、TR3009、TR3010


■誤表記内容

個別包装パッケージ

誤： Certified RNase-/DNase-Free

正： 実際はRNase-/DNase-Free ではありません

パッケージ表記例 (TR3008)



※製造元にてパッケージの表記を修正予定ですが、変更時期については確認中です。
しばらくの間、お客様にはご不便とご迷惑をお掛けしますことを心より深くお詫び申し上げます。

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。